

Lục Nam, ngày tháng 03 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ
Máy X quang kỹ thuật số 01 tấm cảm biến

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Căn cứ Luật đầu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc Hội;

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính Phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3380/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc giao bổ sung kinh phí năm 2023 để sắm tài sản, sửa chữa cơ sở vật chất; phòng, chống dịch COVID-19; kinh phí tăng thêm phụ cấp ưu đãi nghề theo Nghị định số 05/2023/NĐ-CP của Chính phủ do điều chỉnh mức lương cơ sở;

Căn cứ Quyết định số 202/QĐ-TTYT ngày 04/3/2024 của Trung tâm Y tế huyện Lục Nam về việc phê duyệt kế hoạch, nhu cầu sử dụng, danh mục, số lượng, tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản Máy X quang kỹ thuật số 01 tấm cảm biến năm 2024 của Trung tâm Y tế huyện Lục Nam;

Trung tâm Y tế huyện Lục Nam đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua máy X quang kỹ thuật số 01 tấm cảm biến năm 2024 của Trung tâm Y tế huyện Lục Nam, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Lục Nam.

Địa chỉ: Thị Trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

2. Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận bản báo giá.

Người nhận: Dược sỹ Nguyễn Chí Dũng.

- Chức vụ: Phó Trưởng khoa Dược – Vật tư trang thiết bị y tế.

- Điện thoại: 0942.918.911

3. Cách thức tiếp nhận:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận Văn thư - phòng Tổ chức Hành chính, Trung tâm Y tế huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Địa chỉ: Thị Trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

4. Thời gian tiếp nhận các bản báo giá của trang thiết bị y tế: Từ 08 giờ 00 phút ngày 05/03/2024 đến hết 16 giờ 30 phút ngày 18/03/2024.

Các bản báo giá gửi sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời gian hiệu lực của các bản báo giá trang thiết bị y tế gửi đến Trung tâm Y tế huyện Lục Nam: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 18/03/2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục Trang thiết bị y tế yêu cầu báo giá

(có danh mục, số lượng, tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của trang thiết bị y tế kèm theo tại Phụ Lục I)

2. Hồ sơ các bản báo giá gửi về Trung tâm Y tế huyện Lục Nam gồm:

- Ít nhất 03 bản gốc *(theo mẫu gửi kèm)*.

- Hồ sơ pháp lý chứng minh đơn vị cung cấp báo giá đủ điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 và Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính Phủ.

- Tài liệu chứng minh Trang thiết bị y tế chào giá đủ điều kiện lưu hành theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 và Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính Phủ.

- Tài liệu kỹ thuật của trang thiết bị gồm: Catalog và các tài liệu kỹ thuật khác phản ánh đặc tính, thông số kỹ thuật của trang thiết bị (nếu có).

- Hợp đồng mua bán trang thiết bị y tế báo giá đã hoàn thành (nếu có).

Kính gửi các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam quan tâm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng DS-TT (Đăng Website);
- Lưu: VT, KD.

GIÁM ĐỐC

Vũ Trí Quý

PHỤ LỤC I:
DANH MỤC, SỐ LƯỢNG, TÍNH NĂNG, YÊU CẦU KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

(Kèm theo yêu cầu báo giá ngày /03/2024 của Trung tâm Y tế huyện Lục Nam)

I. DANH MỤC, SỐ LƯỢNG

STT	Danh mục trang thiết bị y tế	Đơn vị tính	Số lượng
1	Máy X quang kỹ thuật số 01 tấm cảm biến	Hệ thống	01

II. YÊU CẦU CHUNG

- Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2023 trở về sau
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
- Nguồn điện quy chiếu cung cấp: 220V/50Hz hoặc 380V/50Hz.
- Môi trường hoạt động:
 - o Nhiệt độ tối đa: ≥ 40 độ C.
 - o Độ ẩm tối đa: $\geq 70\%$

III. YÊU CẦU CẤU HÌNH

1. HỆ THỐNG CHỤP X-QUANG

Gồm có:

- Tủ phát tia X-quang loại cao tần
- Bóng X-quang kèm phụ kiện
- Giá đỡ bóng/cột mang bóng
- Giá chụp phổi
- Bàn chụp X-quang trôi trượt 04 hướng
- Bộ chuẩn trực chùm tia

2. BỘ THU NHẬN VÀ NHẬN ẢNH BỘ MÁY X – QUANG SỐ DR

Gồm có:

- Tấm thu nhận hình ảnh mặt phẳng
- Trạm Thu và xử lý hình ảnh: gồm có
 - + Bộ máy vi tính
 - + Phần mềm điều khiển, thu nhận và xử lý hình ảnh

+ Màn hình đọc phim X-quang

+ Máy in phim X-quang

IV. YÊU CẦU KỸ THUẬT CƠ BẢN

1.	HỆ THỐNG CHỤP X-QUANG
1.1	Tủ phát tia X-quang loại cao tần
	- Phạm vi ứng dụng: Chụp tổng quát, chụp có bucky, chụp số hóa
	- Dải điện áp: 40 đến 150kV
	- Dòng chụp: 10 đến 500mA hoặc cao hơn
	- Dải mAs: 0.01 đến 500mAs hoặc cao hơn
	* Thông số chụp (kV, mAs hoặc kV, mA, giây)
1.2	Bóng X-quang kèm phụ kiện
	- Bóng Anode quay
	- Kích thước tiêu điểm: 02 tiêu điểm
1.3	Giá đỡ bóng/cột mang bóng
	- Di chuyển được, có hệ thống khoá điện từ cố định vị trí bất kỳ
1.4	Giá chụp phổi
	- Di chuyển lên xuống theo phương thẳng đứng, có hệ thống khoá điện từ cố định vị trí bất kỳ
1.5	Bàn chụp X-quang trôi trượt 04 hướng
	- Di chuyển dọc, ngang 2 bên và cố định bằng khoá điện từ.
1.6	Bộ chuẩn trực chùm tia
	- Có đèn Led để định vị trí chụp.
	- Có vạch chỉ tâm.
	- Có lá chắn chì che chắn các vùng ngoài định vị.
2.	BỘ THU NHẬN VÀ NHẬN ẢNH BỘ MÁY X – QUANG SỐ DR
2.1	Tấm thu nhận hình ảnh mặt phẳng
	Thời gian nhận ảnh : Nhỏ hơn hoặc bằng 3 giây.
	Truyền hình ảnh: Cả có dây và không dây.
	Kích hoạt tự động khi nhận tia.
	Bộ chuyển đổi 14-16 Bit.
2.2	Trạm Thu và xử lý hình ảnh
*	Bộ máy vi tính
	- CPU Intel \geq core i5.
	- RAM \geq 8GB.
	- Ổ cứng : SDD \geq 1T.

	- Windows 10 hoặc cao hơn, đảm bảo sử dụng tương thích với phần mềm xử lý hình ảnh
*	Phần mềm điều khiển, thu nhận và xử lý hình ảnh
	- Cho phép cài đặt thông tin bệnh nhân, cài đặt thông số chụp
	- Các chức năng xử lý hình ảnh tiêu chuẩn: Xử lý màu sắc, độ nét, độ tương phản, triệt tiêu ảnh ảo, loại bỏ đường sọc lưới tia lọc...
	- Lưu trữ và gửi hình ảnh: DICOM.
*	Màn hình đọc phim X-quang
	- Loại màn hình: Lớn hơn hoặc bằng 24inch (Loại màn hình chuyên dụng cho hệ thống X-Quang kỹ thuật số).
	- Tương thích chuẩn DICOM
*	Máy in phim X-quang
	- Công nghệ in: In laser
	- khay nạp phim: 02 khay hoặc hơn

Tổng số: 01 trang thiết bị y tế.

MẪU BÁO GIÁCÔNG TY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2024

BÁO GIÁ

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Lục Nam.

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế huyện Lục Nam , Chúng tôi, Công ty [*ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một bản chào (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh*], xin gửi báo giá các thiết bị y tế như sau:

1. Danh mục báo giá cho thiết bị y tế và dịch vụ liên quan.

STT	Danh mục trang thiết bị y tế	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng	Đơn giá đã có VAT (VND)	Chi phí cho dịch vụ liên quan (nếu có)	Thuế, phí, lệ phí, nếu có (VND)	Thành tiền đã có VAT (VND)
1.										

Ghi chú: Đơn giá trên là giá trọn gói, đã bao gồm thuế VAT và toàn bộ các chi phí vận chuyển, lắp đặt, bàn giao, hướng dẫn sử dụng và các chi phí khác để thực hiện cung cấp hàng hóa tại Trung tâm Y tế huyện Lục Nam. Hàng hóa mới 100%, sản xuất năm 2023 trở lại đây; Thời gian bảo hành theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất tại nơi sử dụng.

Lưu ý: [Tại cột “danh mục trang thiết bị y tế” của biểu báo giá phải nêu rõ tính năng, yêu cầu kỹ thuật chi tiết của sản phẩm chào giá hoặc có biểu chi tiết kèm theo]

Gửi kèm Báo giá các tài liệu sau: Các tài liệu gửi kèm chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan đến hàng hoá, các tài liệu liên quan đến pháp lý của công ty.

2. Bản báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày tháng năm

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện các thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương; không thuộc các trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về luật doanh nghiệp.

- Giá các hàng hoá nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm pháp luật về giá.

- Những thông tin nêu trong bản chào cầu hình, tính năng kỹ thuật gửi tới trung tâm là trung thực.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ
GIÁM ĐỐC / NGƯỜI BÁO GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)