

Lục Nam, ngày tháng 4 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ
Máy chạy thận nhân tạo

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Căn cứ Luật đầu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc Hội;

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính Phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 214/QĐ-SYT ngày 19/01/2024 của Giám đốc Sở Y tế Bắc Giang về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 (lần 1);

Căn cứ Quyết định số 404/QĐ-TTYT ngày 25/4/2024 của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lục Nam về việc phê duyệt kế hoạch, nhu cầu sử dụng, danh mục, số lượng, tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản Máy chạy thận nhân tạo mua sắm năm 2024 của Trung tâm Y tế huyện Lục Nam;

Trung tâm Y tế huyện Lục Nam đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua Máy chạy thận nhân tạo năm 2024 của Trung tâm Y tế huyện Lục Nam, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Lục Nam.

Địa chỉ: Thị Trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

2. Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận bản báo giá.

Người nhận: Dược sỹ Nguyễn Chí Dũng.

- Chức vụ: Phó Trưởng khoa Dược – Vật tư trang thiết bị y tế.

- Điện thoại: 0942.918.911

3. Cách thức tiếp nhận:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận Văn thư - phòng Tổ chức Hành chính, Trung tâm Y tế huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Địa chỉ: Thị Trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

4. Thời gian tiếp nhận các bản báo giá của trang thiết bị y tế: Từ 07 giờ ngày 27/4/2024 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 12/5/2024.

Các bản báo giá gửi sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời gian hiệu lực của các bản báo giá trang thiết bị y tế gửi đến Trung tâm Y tế huyện Lục Nam: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 12/5/2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục Trang thiết bị y tế yêu cầu báo giá

(có danh mục, số lượng, tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của trang thiết bị y tế kèm theo tại Phụ Lục I)

2. Hồ sơ các bản báo giá gửi về Trung tâm Y tế huyện Lục Nam gồm:

- Ít nhất 03 bản gốc *(theo mẫu gửi kèm)*.

- Hồ sơ pháp lý chứng minh đơn vị cung cấp báo giá đủ điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 và Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính Phủ.

- Tài liệu chứng minh Trang thiết bị y tế chào giá đủ điều kiện lưu hành theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 và Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính Phủ.

- Tài liệu kỹ thuật của trang thiết bị gồm: Catalog và các tài liệu kỹ thuật khác phản ánh đặc tính, thông số kỹ thuật của trang thiết bị (nếu có).

- Hợp đồng mua bán trang thiết bị y tế báo giá đã hoàn thành (nếu có).

Kính gửi các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam quan tâm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng DS-TT (Đăng Website);
- Lưu: VT, KD.

GIÁM ĐỐC

Vũ Trí Quý

PHỤ LỤC I:
DANH MỤC, SỐ LƯỢNG, TÍNH NĂNG, YÊU CẦU KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

(Kèm theo yêu cầu báo giá ngày /4/2024 của Trung tâm Y tế huyện Lục Nam)

I. DANH MỤC, SỐ LƯỢNG

| STT | Danh mục trang thiết bị y tế | Số lượng | Đơn vị tính |
|-----|------------------------------|----------|-------------|
| 1 | Máy chạy thận nhân tạo | 05 | Máy |

II. YÊU CẦU CHUNG

- Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2023 trở về sau
- Thiết bị đạt chứng chỉ ISO 13485

III. YÊU CẦU CẤU HÌNH TIÊU CHUẨN CHO MỘT MÁY CHẠY THẬN NHÂN TẠO

1. Cấu hình cho mỗi máy

- Máy chính : 01 chiếc
- Bộ dây nối với hệ thống nước RO : 01 bộ
- Bộ dây nối với hệ thống nước thải : 01 bộ
- Bộ dây nối với dịch lọc A, B : 01 bộ
- Cây treo dịch truyền/Cọc đỡ dịch môi : 01 cái
- Giá đỡ quả lọc : 01 cái
- Que hút hoá chất tẩy trùng : 01 cái
- Màng lọc dịch siêu sạch (diasafe plus) : 01 cái
- Sách Hướng dẫn sử dụng : 01 bộ

2. Yêu cầu thông số kỹ thuật

a, Nước cung cấp

- Áp lực đầu vào: 1.3 – 6.5 bar.
- Nhiệt độ: từ 5°C – 30°C

b, Môi trường hoạt động

- Trong phòng làm việc có nhiệt độ: 15 độ C - 30 độ C và Độ ẩm: 30 - 75%

2.1. Khối dây dẫn máu bên ngoài (Tuần hoàn máu ngoài cơ thể)

a, Bơm máu động mạch:

- Tốc độ bơm: 20 tới 550 ml/min đối với dây máu đường kính trong 8mm
- Đường kính dây máu: 2 đến 10 mm

b, Kiểm soát áp lực động mạch:

- Khoảng hiển thị: - 250 mmHg tới + 250 mmHg
- Độ chính xác: ± 10 mmHg

c, Kiểm soát áp lực tĩnh mạch:

- Khoảng hiển thị: - 50 mmHg tới +500 mmHg
- Độ chính xác: ± 10 mmHg

d, Kiểm soát áp lực xuyên màng:

- Khoảng hiển thị: - 50 mmHg tới +500 mmHg

e, Bộ phát hiện bọt khí:

- Phát hiện bong bóng khí nhờ vào bộ phát sóng siêu âm kết hợp cảm biến quang học ở kẹp tĩnh mạch.

g, Bơm Heparin:

- Lưu lượng truyền: khoảng từ 0 - 8 ml/h

2.2. Khối thủy lực (Tuần hoàn dịch lọc)

a, Độ dẫn điện của dịch lọc: 13- 15 mS/cm (25 °C)

b, Nồng độ cho dịch Acetate hoặc dịch Acid (Acid dialysate)

- Có thể thay đổi cho nhiều loại khác.

c, Nồng độ Bicarbonate trong dịch lọc

- Tỷ lệ trộn mặc định và có thể thay đổi cho nhiều loại khác nhau.

d, Hệ thống lọc dịch thẩm phân

- Độ cân bằng chính xác của dịch lọc: $\pm 0.1\%$ so với lưu lượng dịch lọc

e, Siêu lọc

- Độ chính xác: $\pm 1 \%$.

g, Có bộ phát hiện rò rỉ máu (vỡ màng lọc)

2.3. CÁC CHƯƠNG TRÌNH RỬA MÁU

- Rửa đơn thuần dùng nước RO
- Rửa nước nóng tuần hoàn
- Rửa hóa chất nóng và tuần hoàn
- Rửa hóa chất nhiệt độ thường
- Có thể liên kết nhiều chương trình với nhau.

MẪU BÁO GIÁCÔNG TY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2024

BÁO GIÁ

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Lục Nam.

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế huyện Lục Nam , Chúng tôi, Công ty [*ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một bản chào (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh*], xin gửi báo giá các thiết bị y tế như sau:

1. Danh mục báo giá cho thiết bị y tế và dịch vụ liên quan.

| STT | Danh mục trang thiết bị y tế | Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất | Mã HS | Năm sản xuất | Hãng sản xuất/ nước sản xuất | Số lượng | Đơn giá đã có VAT (VND) | Chi phí cho dịch vụ liên quan (nếu có) | Thuế, phí, lệ phí, nếu có (VND) | Thành tiền đã có VAT (VND) |
|-----|------------------------------|---|-------|--------------|------------------------------|----------|--------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|
| 1. | | | | | | | | | | |

Ghi chú: Đơn giá trên là giá trọn gói, đã bao gồm thuế VAT và toàn bộ các chi phí vận chuyển, lắp đặt, bàn giao, hướng dẫn sử dụng và các chi phí khác để thực hiện cung cấp hàng hóa tại Trung tâm Y tế huyện Lục Nam. Hàng hóa mới 100%, sản xuất năm 2023 trở lại đây; Thời gian bảo hành theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất tại nơi sử dụng.

Lưu ý: [Tại cột “danh mục trang thiết bị y tế” của biểu báo giá phải nêu rõ tính năng, yêu cầu kỹ thuật chi tiết của sản phẩm chào giá hoặc có biểu chi tiết kèm theo]

Gửi kèm Báo giá các tài liệu sau: Các tài liệu gửi kèm chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan đến hàng hoá, các tài liệu liên quan đến pháp lý của công ty.

2. Bản báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày tháng năm

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện các thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương; không thuộc các trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về luật doanh nghiệp.

- Giá các hàng hoá nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm pháp luật về giá.

- Những thông tin nêu trong bản chào cầu hình, tính năng kỹ thuật gửi tới trung tâm là trung thực.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ
GIÁM ĐỐC / NGƯỜI BÁO GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)